

Общество с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ"

196006, Город Санкт-Петербург, ул Малая Митрофаньевская, д. 4, литер Д, офис 105

Тел. (812) 448-39-00 info@etalon.su www.etalon.su

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.312644

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ С-ДТБ/08-05-2026/524656774

Действительно до

«07» мая 2027 г.

Средство измерений Весы электронные JL, JL 602-G/L00, 36729-08

наименование и обозначение, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 1129502056

в составе -

поверено В полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки

в соответствии с раздел РЭ Ростест-Москва

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Гири образцовые миллиграммовые II разряда МГО-2-1110-1 №17;

регистрационный номер и (или) наименование, тип,

Набор гирь (1 г - 500 г) F2 зав. №21106042022; Прибор комбинированный Testo 622 №39517317/807

заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающей среды +23 °С,

перечень влияющих факторов

влажность воздуха 41 %

нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к


непущное зачеркнуть

применению.

Знак поверки:

Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ:

524656774 (<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-524656774>)




Поверитель

Главный метролог

должность руководителя подразделения или другого уполномоченного лица

Дата поверки

«08» мая 2026 г.


Подпись

Шаронова Е. К.

фамилия, инициалы

Шевелькова Е. А.

фамилия, инициалы